

Dirección Nacional de Medicamentos

MÁQUINA UNIVERSAL, MARCA: SHIMADZU, MODELO: AGS-X, N/S: I33065434401, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 7500-1, CON CELDAS DE CARGA INTERCAMBIABLES: 500 N Y 100 N CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FABRICANTE. PRECISIÓN DEL PARÁMETRO DE FUE

Institución: Dirección Nacional de Medicamentos

Año: 2016

Nombre del bien: MÁQUINA UNIVERSAL, MARCA: SHIMADZU, MODELO: AGS-X, N/S: I33065434401, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 7500-1, CON CELDAS DE CARGA INTERCAMBIABLES: 500 N Y 100 N CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FABRICANTE. PRECISIÓN DEL PARÁMETRO DE FUE

Marca y/o modelo: SHIMADZU / AGS-X

Descripción: MÁQUINA UNIVERSAL, MARCA: SHIMADZU, MODELO: AGS-X, N/S: I33065434401, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 7500-1, CON CELDAS DE CARGA INTERCAMBIABLES: 500 N Y 100 N CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FABRICANTE. PRECISIÓN DEL PARÁMETRO DE FUERZA: CLASE 0.5 SEGÚN NORMA ISO 7500-1 (CELDA DE CARGA DE ALTA PRECISIÓN $\pm 0.5\%$). EXACTITUD DE POSICIÓN: $\pm 0.1\%$ O ± 0.01 MM. INCLUYE MORDAZAS NEUMÁTICAS PARA LA FIJACIÓN FIRME DE LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA COMPATIBLES CON LA CELDA DE CARGA DE 500 N. DISTANCIA MÍNIMA DE TRABAJO ENTRE LAS MORDAZAS DE AL MENOS: 400 MM. RANGO MÍNIMO DE VELOCIDAD ENTRE 0.01 MM/MIN A 1000 MM/MIN. PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD: NO MAYOR A ± 0.002 . FRECUENCIA DE MUESTREO DE DATOS: 1KHZ CON INTERRUPTOR DE EMERGENCIA Y DEMÁS SISTEMAS DE SEGURIDAD. CUENTA CON SOFTWARE TRAPEZIUM CON LA CAPACIDAD DE DESARROLLAR DIFERENTES MÉTODOS Y FUNCIONES DE GENERACIÓN DE REPORTE. INCLUYE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y SOFTWARE, ASÍ COMO LAS ACTUALIZACIONES DEL MISMO. INCLUYE SUMINISTRO DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE PARA ACCIONAMIENTO DE LAS MORDAZAS NEUMÁTICAS. MARCA: FINE, MODELO: SW750, N/S: 2015120003.

Valor de adquisición: \$41,667.68

Valor estimado actual: \$4,166.77

Fecha de adquisición: 05/09/2016