



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SANTIAGO DE MARÍA



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la ley de Acceso a la información Pública (LAIP), define como confidencial, entre la persona natural firmante (Titular) para la legalidad de ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la firma escaneada con su respectivos sellos, de la persona natural firmante (Titular) para la legalidad del documento”.



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María,
Usulután

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Santiago de María

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:145

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santiago de María, 08 de Octubre del 2021

No.Orden:122/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SOL. AREA DE SUMINISTROS	-	-
3	Cada Uno	R/1- S/C: OPCION 1 MONITOR FETAL SENCILLO(NO GEMELAR) MARCA: EDAN, MODELO: F3,ORIGEN : CHINA . CARACTERÍSTICOS:Compacto, portátil y liviano, con batería litio ion de larga duración para el servicio de pacientes ambulatorios, pantalla numérica y gráfica, botones de silicona, velocidad de impresión en tiempo real 1/2/3 cm/min, impresión rápida de 15 mm/seg para gráficos, memoria integrada con capacidad para 12 horas de monitoreo sin interrupciones.ESPECIFICACIONES:Ultrasonido:técnica dopler de pulso ultrasónico con auto correlación repetición de pulso 2KHz, frecuencia: 1.0MHz +-10%rango de medición: FHR 50 bpm ¿240 bpm resolución : fcf: 1 bpm precisión FCF: +-2 bpm TOCO:Resolución: 1%Modo cero : automático / manual AUTO-DETECCION DEL MOVIMIENTO DEL FETO: Técnica ultrasonido doppler pulsado Rango de medición: 0% a 100%, Resolución: 1% MARCACION: Movimiento fetal: marcador remoto manual IMPRESORA:Impresora de tipo térmico Papel tipo Z termo sensible (150mm) Velocidad de impresión 1/2/3 cm / min. Velocidad de impresión de asta: 15 mm / seg. FUENTE DE ALIMENTACION: Volteje de operación: 100-240 V. Frecuencia: 50 / 60 Hz, INCLUYE: Batería recargable de ion litio , detallada en las especificaciones Del equipo Transductor de ultrasonido Transductor toco, Marcador de eventos.	\$2,275.00	\$6,825.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,825.00

SON: seis mil ochocientos veinticinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN, HOSP. NAC. STGO DE MA.

Dr. Carlos José Aguirre Montoya
Director
Hosp. Nac. Dr. Jorge Arturo Mena.

