



E-7-0570

17 ABR 2018



ACTA No. 0123/2018/DSMF.

ENTREGA DE EQUIPO DE LABORATORIO CLÍNICO, EN CONCEPTO DE DONACIÓN, PARA USO DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CEFAFA, FONDO DE APOYO AL COSAM, CONTRATO No. 29 LP No. 06/2017/EQ/MED/ODONT/LAB/CLINIC/COSAM, DENOMINADA "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MEDICO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO CLÍNICO, COSAM AÑO 2017"

En la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, con sede en la Ciudad de San Salvador, a las quince horas del día once del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunidos los suscritos: (

ENTREGAR EN CONCEPTO DE DONACION, los equipos médicos contemplados en facturas No. 0098, 0099 y 0100 de fecha 09ABR018, adjudicados a la empresa Equimsa, S.A. DE C.V. en contrato No. 29 LP No. 06/2017/EQ/MED/ODONT/LAB/CLINIC/COSAM. por un monto total de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 00/100 (US \$71,700.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle: FACTURA No. 0098.

Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Modelo	Precio unitario	Monto Total	
5	Código: 953-0000. Freezer para conservación de plasma y crio precipitados. Serie No. 8630.	1	PRESVAC	FEDE-35/360LT			
N°	Especificaciones Técnicas Ofertadas						
1	Congelador de baja temperatura precalibrada -35 para uso en bancos de sangre y laboratorio.						
2	Capacidad de 360 litros.						
3	Temperatura de trabajo pre calibrada -30/-35.						
4	Tablero de control con visualización constante de la temperatura, con temperatura y alarmas programables, test de prueba de alarmas.					\$10,700.00	\$10,700.00
5	Gas refrigerante libre de CFC R404.						
6	Provisto con puertas interiores.						
7	Alarmas por corte de energía y de puerta abierta						
8	Gabinete interior en acero inoxidable.						
9	Pantalla de control digital ubicada en la parte superior derecha.						
10	Frío estático						
11	04 Estantes de acero inoxidable y 04 puertas interiores.						
12	Alimentación 120/220V 60Hz.						
MONTO TOTAL							\$10,700.00




*NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.


FACTURAS No. 0099 Y 0100.

Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Modelo	Precio unitario	Monto Total
7	Código: 952-0000. Centrifuga refrigerada. Series No. 29176 y 29177.	2	PRESVAC	DP-2065R plus WS		
N°	Especificaciones Técnicas Ofertadas					
1	Equipada con cabezal con escudo de viento para 6 vasos ovales de 1200 ml con capacidad para 6 bolsas (bolsas dobles, triples, cuádruples).					
2	Motor de centrifuga de alta PERFORMANCE a inducción trifásico de 3 HP sin carbones (escobillas) libre de mantenimiento controlado por un variador de frecuencia, con alarmas de seguridad: Desbalanceo, subtensión de red, exceso de velocidad y apertura de tapa.					
3	Rotor con velocidad programable hasta 4,000 RPM con incrementos de 10 a 100 RPM.					
4	Velocidad máxima de 4500 RPM con 4900g.					
5	Almacenamiento de 99 programas para el usuario con nombre del programa, rotor, velocidad, tiempo, temperatura, aceleración, desaceleración y curvas. Selección de velocidad con incremento más/menos 50RPM (lectura más/menos RPM). Aceleración: 100 niveles de programación para la obtención de un nivel firme y suave de la aceleración. Frenado: 100 niveles de programación para la obtención de un nivel firme y suave de la frenado.				\$30,500.00	\$61,000.00
6	Tiempo programable desde 1 hasta 99 minutos & hold.					
7	Tablero de comandos MEMOSOFT V con las siguientes características: permite almacenar 270 procesos de centrifugación, panel de comandos de policarbonato con teclas de comando touch y pantalla de cristal líquido (GLCD).					
8	Tapa con mecanismo de seguridad, sistema de seguridad con alarma óptica y sonora por desbalanceo y tapa mal cerrada que interrumpe la centrifugación con detención automática.					
9	Sistema de refrigeración sin CFC.					
10	Temperatura programable desde -10°C hasta 40°C.					
11	Alarmas de seguridad: desbalanceo, subtensión de red.					
12	Señal audible al final de cada proceso.					
13	Nivel de ruido menor a 65 dB a velocidad máxima.					
14	Panel de control de fácil manejo con una mano utilizando guantes.					
15	Programa de diagnóstico y pre enfriamiento.					
16	Alimentación 220V más/menos 3% 50/60Hz.					
MONTO TOTAL						\$61,000.00
MONTO TOTAL DE EQUIPOS						\$71,700.00

Y no habiendo más, se firma de conformidad la presente.



ENTREGA: *[Signature]*
JEFE DEL ALMACEN DE EQUIPO
MÉDICO DE LA DSMFFA.



RECIBE: *[Signature]*
JEFE DEL LABORATORIO CLINICO HMC



AUTENTICADO: *[Signature]*
DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS
* DIRECTOR

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo o entregárselo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
 RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

FACTO
 SERIE 17DS000F
 N° 0099

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 D011

LUGAR Y FECHA:	S.S. 09 DE ABRIL DE 2018	VENDEDOR:	EVELYN ROSALES
CLIENTE:	GEFAFA / FONDO DE APOYO AL COSAM	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal contiguo a Hospital Militar Central, S. S.	N.I.T.:	
		COND. DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2		ITEM No. 7- CENTRIFUGA REFRIGERADA MODELO: DF-2055R Plus WS. MARGA: PRESVAC PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ES ARGENTINA SERIE No. 29176, 29177. <u>ESPECIFICACIONES OFERTADAS</u> 1. Equipada con cabezal con escudo de viento para 6 vasos ovales de 1200 ml con capacidad para 6 bolsas (bolsa dobles, triples, cuádruples). 2. Motor de centrifuga de alta PERFORMANCE a inducción trifásico de 3 HP sin carbones (escobillas) libre de mantenimiento controlado por un variador de frecuencia, con alarmas de seguridad: Desbalanceo, Subtension de red, exceso de velocidad y apertura de tapa. 3. Rotor con velocidad programable hasta 4,000 RPM con incrementos de 10 a 100 RPM. 4. Velocidad máxima de 4500 RPM con 4900g. 5. Almacenamiento de 99 programas para el usuario con nombre del programa, rotor, velocidad, tiempo, temperatura, aceleración, desaceleración y curvas. Selección de velocidad con incremento mas/ meno 50 rpm (lectura mas/menos RPM). Aceleración: 100 niveles de programación para la obtención de un nivel firme y suave de la aceleración Frenado: 100 niveles de programación para la obtención de un nivel firme y suave de la frenado. 6. Tiempo programable desde 1 hasta 99 minutos & hold. 7. Tablero de comandos MEMOSOFT V con las siguientes características permite almacenar 270 procesos de centrifugación, panel de comandos de policarbonato con teclas de comando touch y pantalla de cristal líquido (GLCD)	\$ 30,500.00			\$ 61,000.00
PASA A LA FACTURA No. 0100						
SON:			SUMAS	\$		
			VENTA EXENTA	\$		
			VENTA NO SUJETA	\$		
			SUB-TOTAL	\$		
			(-) IVA RETENIDO	\$		
			TOTAL	\$		
* LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 ENTREGADO POR: NIT O DUI: FIRMA:						

RECIBIDO
 ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO
 10 ABR. 2018
 Dirección de Suministros Médicos
 y Farmacéuticos de F.A.



GARANTÍA

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO, POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO, EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROÍDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUENTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS). SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS. EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARÁ COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Norte No. 318, Colón 1 Escalón, Tel.: 2223-0175, NIT 0514-331092-102-A, I.R.C. 73018-6

EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos

Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

FACTURA

SERIE 17DS000F

Nº 0100

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA:	S.S. 09 DE ABRIL DE 2018	VENDEDOR:	EVELYN ROSALES
CLIENTE:	GEFAFA / FONDO DE APOYO AL COSAM	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal contiguo a Hospital Militar Central, S. S.	N.I.T.:	
		COND. DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		VIENE DE LA FACTURA No. 0099				
		8. Tapa con mecanismo de seguridad, sistema de seguridad con alarma optica y sonora por desbalanceo y tapa mal cerrada que interrumpe la centrifugación con detención automática				
		9. Sistema de refrigeración sin CFC				
		10. Temperatura programable desde -10°C hasta 40°C.				
		11. Alarmas de seguridad: desbalanceo, subtensión de red.				
		12. Señal audible al final de cada proceso.				
		13. Nivel de ruido menor a 65 dB a velocidad máxima				
		14. Panel de control de fácil manejo con una mano utilizando guantes.				
		15. Programa de diagnóstico y pre enfriamiento.				
		16. Alimentación 220V mas/menos 3% 50/60Hz				
		GARANTÍA: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA RECEPCIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.				
		NÚMERO DE REGISTRO: 31834-S				
		CONTRATO No. 29-LP-06-2017-EQ-MED-ODONT-LAB-CLINIC-COSAM				
		LICITACION PUBLICA No. 06/2017/EQ/MED-ODONT-LAB-CLINIC/COSAM				

RECIBIDO
 ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO
 10 ABR. 2018
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.



SON:	SESENTA Y UN MIL CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SUMAS	\$		\$ 51,000.00
		VENTA EXENTA	\$		
		VENTA NO SUJETA	\$		
		SUB-TOTAL	\$		
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		TOTAL	\$		\$ 51,000.00

ENTREGADO POR:
 NIT O DUI:
 FIRMA:

LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

GARANTÍA

¿OUESTA GARANTÍA OCURRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO, POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORRÓIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, PUNTA DE EMPREZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (Focos), SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARÁ COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL