

Materiales
Técnicos s.a. de c.v.

31 Av. Sur #632. Col. Flor Blanca. San Salvador, El Salvador.
PBX (503) 2513-0100 Fax.: (503) 2513-0106
E-mail: info@matesa.com.sv

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA
LAS AREAS INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y HOSPITALARIA.

MATERIA
M. 00758

00758

FECHA: 25/01/2018 NIT/DUI:
CLIENTE: CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA - FONDO CEFAFA 228481-8
DIRECCION: FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
VENTA A CUENTA DE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR ING. CORREA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>SECADORA INDUSTRIAL MARCA: ADC MODELO: AD-170 SERIE: 836118</p> <p>LICITACION PUBLICA No 06/2017/EQ/MED-LAB/COSAM CONTRATO No 92/LP</p> <p>ADMINISTRADOR DE CONTRATO:</p> <p>JEFE EN FUNCIONES DEPARTAMENTO BIOMEDICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL MILITAR REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CON CAPACIDAD MINIMA DE 170 LBS O MAS 2. PUERTA CON VISOR DE VIDRIO 3. SISTEMA DE TRANSMISION MEDIANTE POLEA Y CORREA CON VARIADOR 4. RUEDAS DEL SOPORTE DEL TAMBOR DE GRAN RESISTENCIA Y DE ALTA CALIDAD 5. VARIADOR DE FRECUENCIA ESTANDAR PARA INVERSION DE GIRO 6. TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE CON PERFORACIONES, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA ROPA 7. SISTEMA DE FLUJO DE AIRE EN EL TAMBOR 8. FILTRO PARA MOTA INTERNA 9. MICROPROCESADOR ELECTRONICO PROGRAMABLE, CON PANTALLA Y CONTROL COMPUTARIZADO 10. CALEFACCION A VAPOR 11. INSTALACION DEL EQUIPO INDUSTRIAL QUE INCLUYE INSTALACIONES MECANICAS, ELECTRICAS Y PROTECCIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO 12. SUMINISTRO DEL MONTAJE DEL SISTEMA DE TRAMPEO DE RETORNO DE CONDENSADO, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBONO, VALVULAS, FILTROS TRAMPAS, Y ACCESORIOS NECESARIOS BAJO NORMA 	\$ 33,850.00	\$	\$ 33,850.00
SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES		SUMAS	\$	33,850.00
CANCELADO: DE DEL OPERACION SUPERIOR \$ 200.00				0.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		
DUI:		DUI:		
FIRMA:		FIRMA:		
		VENTAS EXENTAS		
		VENTA TOTAL		\$ 33,850.00

EL HOSPITAL MILITAR DE SAN MIGUEL S.A. DE C.V. P.O. BOX 5022 SAN MIGUEL, GUATEMALA

MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V. P.O. BOX 5022 SAN MIGUEL, GUATEMALA. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.G.I.I. 29/07/1992 TIRAJE DEL 001/001 AL 000/000. JUNIO RESOLUCION No. 18103-RES-CR-1992-001/008

ACTA 01/HMR/2017

RECEPCIÓN DE SECADORA INDUSTRIAL ADQUIRIDA A TRAVÉS DEL CEFAFA, FONDO CEFAFA, CONTRATO N° 92 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°05/2017/EQ/MED-LAB/COSAM DENOMINADA "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MEDICO, LABORATORIO E INDUSTRIAL, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO 2017".

En las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, a las catorce horas del día ~~veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete~~, reunidos los suscritos, _____, Director del Hospital Militar Regional; _____, Jefe del Departamento Administrativo y Logístico del HMR; _____, Jefe de Sección Logística; el señor _____, Técnico Electricista; _____, Administrador de Contrato y _____, Representante de la empresa MATESA, S.A. de C.V., a fin de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN DE UNA SECADORA INDUSTRIAL**, según nota de remisión N° 157 de fecha 21DIC017, por un monto total de **TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 (US \$33,850.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

N°	Descripción	Cantidad Adjudicada	Marca	Modelo	Serie	Monto Total
1	SECADORA INDUSTRIAL	1	ADC ✓	AD-170 ✓	636118 ✓	\$ 33,850.00 ✓
Especificaciones Técnicas						
1	Con capacidad mínima de 170 libras o más. ✓					
2	Puerta con visor de vidrio.					
3	Sistema de transmisión mediante polea y correa con variador.					
4	Ruedas de soporte del tambor de gran resistencia y de alta calidad.					

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

1409 06 feb 018

5	Variador de frecuencia estándar para inversión de giro.
6	Tambor de acero inoxidable con perforaciones, para alargar la vida de la ropa.
7	Sistema de flujo de aire en el tambor.
8	Filtro para mota interna.
9	Microprocesador electrónico programable, con pantalla y control computarizado.
10	Calefacción a Vapor.
11	Instalación del equipo industrial que incluye instalaciones mecánicas, eléctricas y protecciones para su funcionamiento.
12	Suministro de montaje del sistema de trampeo de retorno de condensado, con tubería de acero al carbono, válvulas, filtros, trampas y accesorios necesarios bajo norma.

Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGA:

[Signature]
Recibido en
05/02/2018



RECIBE:

[Signature]



REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 MATE SA, S.A. DE C.V.

SUPERVISA:

[Signature]

TECNICO ELECTRICISTA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



VERIFICA:

[Signature]

JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LOGÍSTICA

ES CONFORME:



JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL



AUTORIZA:

[Signature]

DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

ACTA 02/HMR/2017

RECEPCIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SECADORA INDUSTRIAL ADQUIRIDA A TRAVÉS DEL CEFAFA, FONDO CEFAFA, CONTRATO N° 92 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°05/2017/EQ/MED-LAB/COSAM DENOMINADA "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MEDICO, LABORATORIO E INDUSTRIAL, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO 2017".

En las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, a las catorce horas del día ~~veinticinco de enero del año dos mil dieciocho~~, reunidos los suscritos,

Militar Regional; Director del Hospital

Administrativo y Logístico del HMR; Jefe del Departamento

Jefe de Sección Logística; el señor Técnico

Electricista; Administrador de

Contrato y Representante de la empresa

MATESA, S.A. de C.V., a fin de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN

LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SECADORA

INDUSTRIAL, según factura N° 00758 de fecha 25ENE018, por un monto total

de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 (US

\$33,850.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según

detalle:

N°	Descripción	Cantidad Adjudicada	Marca	Modelo	Serie	Monto Total
1	SECADORA INDUSTRIAL ✓	1	ADC ✓	AD-170 ✓	636118 ✓	\$ 33,850.00 ✓
Especificaciones Técnicas						
1	Con capacidad mínima de 170 libras o más. ✓					
2	Puerta con visor de vidrio.					
3	Sistema de trasmisión mediante polea y correa con variador.					

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

Escalante
140906feb018

4	Ruedas de soporte del tambor de gran resistencia y de alta calidad.
5	Variador de frecuencia estándar para inversión de giro.
6	Tambor de acero inoxidable con perforaciones, para alargar la vida de la ropa.
7	Sistema de flujo de aire en el tambor.
8	Filtro para mota interna.
9	Microprocesador electrónico programable, con pantalla y control computarizado.
10	Calefacción a Vapor.
11	Instalación del equipo industrial que incluye instalaciones mecánicas, eléctricas y protecciones para su funcionamiento.
12	Suministro de montaje del sistema de trampeo de retorno de condensado, con tubería de acero al carbono, válvulas, filtros, trampas y accesorios necesarios bajo norma.

Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGA:

[Signature]
Recibi Original
CEL. 011 0110



RECIBE:

[Signature]



REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
MATESA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

SUPERVISA:

[Signature]

TÉCNICO ELECTRICISTA


VERIFICA:



[Signature]

JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE
LOGÍSTICA

ES CONFORME:



JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL
HOSPITAL MILITAR REGIONAL

AUTORIZA:



[Signature]

DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.